


КАРТА ЗАКАЗА кислородомера МАРК-409Т

<p>Параметры пробы _____</p> <p>Наименование пробы: _____</p> <p>Температура: _____ Давление: _____</p> <p>Особые примечания о составе: _____</p>	<p>Организация: _____ </p> <p>Контактное лицо (ФИО, должность): _____</p> <p>Тел.: _____</p> <p>Эл.почта: _____</p> <p>Конечный заказчик: _____</p>
---	--

Параметры блока преобразовательного _____			
Исполнение	щитовое <input type="checkbox"/>	Электропитание	220 В <input type="checkbox"/>
	настенное <input type="checkbox"/>		36 В <input type="checkbox"/>

Комплектация _____		Наименование	Каналы измерения	
			первый	второй
1. Датчик кислородный		ДК-409Т	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Тип гидропанели	<i>удаленное размещение блока преобразовательного (низкая)</i>	ГП-409Т/1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>размещение блока преобразовательного настенного исполнения на панели (высокая)</i>	ГП-409Т/2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>размещение на стойках</i>	ГП-409Т/С	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Длина кабеля соединительного	1,5м (в комплекте по умолчанию)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1,5-100 м (укажите значение)	ВК409/509.L		

Количество приборов в данной комплектации: _____